Санников А.С.
Sannikov A.S.

аспирант, младший
научный сотрудник
Института конструкторско-технологической
информатики
Российской академии наук,
г. Москва,
Российская Федерация

Шептунов С. А.
Sheptunov S. A.

доктор технических
наук, профессор,
директор Института
конструкторско-технологической
информатики
Российской академии наук,
г. Москва,
Российская Федерация

Нахушев Р.С.
Nakhushev R.S.

аспирант, младший
научный сотрудник
Института конструкторско-технологической
информатики
Российской академии наук,
г. Москва,
Российская Федерация

УДК 615.849

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ В ТЕЛЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В современной хирургии роботизированные комплексы получили широкое распространение. Современные хирургические вмешательства отличаются особой малоинвазивностью. Это обусловлено высоким темпом развития науки и техники. Лапароскопическая хирургия все больше заменяется робот-ассистированной, что позволяет существенно облегчить труд хирурга за счет удобства и частичной автоматизации процесса проведения операций.

Объектом исследования является задача навигации в теле пациента при проведении робот-ассистированной операции. Предметом исследования является программное обеспечение, позволяющее осуществлять распознавание изображений внутренних органов.

Актуальность темы обусловлена широким распространением робот-ассистированной хирургии, в связи с чем повышение качества проводимых операций имеет большое значение.

Целью данного исследования является разработка программного обеспечения для автоматизации задачи определения местоположения рабочей области в робот-ассистированной хирургической системе.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1. Рассмотрена структура робот-ассистированного хирургического комплекса.
2. Определена задача навигации в теле пациента.
3. Разработан алгоритм распознавания изображений.
4. Разработана система визуализации данных на основе технологии дополненной реальности.

Система была протестирована на видеозаписях реальных роботхирургических операций. Врачами было отмечено ускорение процесса ориентации в пространстве, повышение наглядности изображения за счет наличия информации о расположении органов. Результаты испытаний были признаны положительными, в дальнейшем планируется произвести расширенное тестирование системы.

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, распознавание изображений, роботизированная хирургия, программное обеспечение.

NAVIGATION SYSTEM IN THE PATIENT SOMA FOR ROBOT-ASSISTANT SURGICAL COMPLEX

In modern surgery robotic complexes were widely adopted. Modern surgical interventions differ in special low-invasiveness. It is caused by the high rate of development of science and technology. The laparoscopic surgery is more and more replaced the robot-assistant that allows to facilitate significantly work of the surgeon due to convenience and partial automation of process of carrying out operations.

Object of a research is the problem of navigation in the patient's body when carrying out the robot-assistant operation. An object of research is the software allowing to carry out recognition of images of internals.

The relevance of a subject is caused by wide circulation the robot-assistant surgery in this connection improvement of quality of the performed operations is of great importance.

Objective of this research is development of the software for automation of a problem of positioning of working area in the robot-assistant surgical operation.

For achievement of a goal in work the following tasks were solved:

1. The structure the robot-assistant of a surgical complex is considered.
2. The problem of navigation in the patient's soma is defined.
3. The algorithm of recognition of images is developed.
4. The system of visualization of data on the basis of technology of augmented reality is developed.

The system was tested on videos of real robotic surgery operations. Doctors noted acceleration of process of orientation in space, increase in presentation of the image due to existence of information on an arrangement of bodies. Results of tests were recognized as positive, further is planned to make expanded testing of system.

Key words: artificial neural network, image recognition, robotic-surgery, software.

Введение

В современной хирургии роботизированные комплексы получили широкое распространение. Современные хирургические вмешательства отличаются особой малоинвазивностью. Это обусловлено высоким темпом развития науки и техники. Лапароскопическая хирургия все больше заменяется робот-ассистированной, что позволяет существенно облегчить труд хирурга за счет удобства и частичной автоматизации процесса проведения операций.

Объектом исследования является задача навигации в теле пациента при проведении робот-ассистированной операции. Предметом исследования является программное обеспечение, позволяющее осуществлять распознавание изображений внутренних органов.

Актуальность темы обусловлена широким распространением робот-ассистированной хирургии, в связи с чем повышение качества проводимых операций имеет большое значение.

Целью данного исследования является разработка программного обеспечения для автоматизации задачи определения местоположения рабочей области в робот-ассистированной хирургической системе.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1. Рассмотрена структура робот-ассистированного хирургического комплекса.
2. Определена задача навигации в теле пациента.
3. Разработан алгоритм распознавания изображений.
4. Разработана система визуализации данных на основе технологии дополненной реальности.

Структура робот-ассистированного хирургического комплекса

Структурная схема робот-ассистированной системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема робот-ассистированной системы

Хирург при помощи контроллера генерирует управляющее воздействие, которое передается на компьютер системы автоматического управления. Далее сигнал передается на манипуляторы, которые взаимодействуют с рабочим полем. Изображение рабочего поля захватывается камерой и передается на компьютер системы визуализации, к которому подключен монитор.

Одним из существенных недостатков лапароскопических и робот-ассистированных операций является ограниченный угол обзора основной камеры. Частично этот недостаток компенсируется возможностью перемещения камеры. Хирург перед началом работы осматривает рабочую область с целью ориентации в теле пациента.

На сегодняшний день применяемые робото-хирургические комплексы представляют собой сложный инструмент, который выполняет команды врача и имеет минимум автоматизированных функций. Внедрение автоматизации рутинных действий позволяет упростить труд хирурга. Применение технологий машинного зрения в робототехнических системах может компенсировать недостатки ограниченного угла обзора и уменьшить время проведения операций за

счет отсутствия необходимости частого обзора рабочего поля.

Задача навигации в теле пациента

Навигация в теле пациента – определение местоположения манипулятора камеры, рабочих манипуляторов относительно тела пациента. В настоящее время данная задача решается хирургом вручную. Хирург, обладая сведениями о типе проводимой операции, месте ввода манипуляторов в тело, ожидает увидеть в камере известные ему внутренние органы. В ходе проведения операции хирург перемещает свою рабочую область, выполняя различные манипуляции для достижения цели операции. Если в процессе операции требуется замена хирурга, то необходимо существенное время для того, чтобы новый хирург провел осмотр рабочей зоны при помощи манипулятора камеры и решил задачу навигации.

В связи с вышеизложенными тезисами возникает необходимость в автоматизации решения задачи навигации в теле пациента. Как показано на структурной схеме робот-ассистирующего комплекса (рисунок 1), изображение рабочего поля проходит через компьютер системы визуализации.

Компьютер системы визуализации также принимает координаты манипуляторов и информацию о состоянии системы. Наличие информации о точках введения манипуляторов в тело пациента и координатами дает возможность создания алгоритма определения местоположения рабочей области хирурга в теле пациента. Существенным недостатком такого алгоритма является игнорирование анатомических особенностей пациента. Данный недостаток возможно устранить с использованием результатов предварительных обследований, таких как рентгеновские снимки, магнитно-резонансная томография. Совмещение результатов обследований с телом пациента является сложной задачей в связи с возможным изменением положений внутренних органов, а также процессом дыхания.

Задачу определения местоположения рабочего поля в теле пациента возможно решить с использованием нечетких алгоритмов. Было принято решение о реализации алгоритма навигации на основе алгоритма распознавания изображений внутренних органов. Данный подход обладает следующими преимуществами:

1. Универсальность алгоритма, подходит для большого количества операций.
2. Не требуются данные предварительных обследований пациента.
3. Не требуются данные о местах ввода манипуляторов в тело пациента.

Основными недостатками являются:

1. Необходимость точной настройки алгоритма обработки изображений.
2. Высокие требования к компьютеру системы визуализации за счет необходимости распознавания изображений в режиме реального времени.

Распознавание изображений органов

Местоположение рабочего поля возможно определить на основе данных о положении соседних внутренних органов. Для этого был разработан нейросетевой алгоритм распознавания внутренних органов на двухмерном изображении.

Ядром алгоритма распознавания внутренних органов является сверточная нейронная

сеть, обученная на распознавание двумерных цветных изображений внутренних органов.

Сверточные нейронные сети обеспечивают частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. Такие возможности достигаются за счет возможности нейросети учитывать двумерную топологию изображения.

Обучающая выборка была сформирована путем обработки видеозаписей реальных операционных вмешательств. Поскольку формирование обучающей выборки на основе видеозаписей – трудозатратный процесс, было применено программное обеспечение для коллективного формирования выборки.

Визуализация

В связи с тем, что при проведении роботических операций врач воспринимает рабочую область только с использованием цифровой камеры, является целесообразным применение технологий дополненной реальности. Дополненная реальность – результат введения в поле восприятия сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.

Результаты работы алгоритма распознавания передаются хирургу с использованием технологии дополненной реальности. Контур распознанных органов выделяются в видеопотоке и сопровождаются названиями. Пример пользовательского интерфейса представлен на рисунке 2. Алгоритм обновления пользовательского интерфейса выполняется на компьютере системы визуализации (рисунок 2).

В процессе работы алгоритма визуализации координаты границ распознанных внутренних органов наносятся на изображение с основной камеры. Правая верхняя граница сопровождается названием внутреннего органа. Предыдущий орган, который был в кадре, сопровождается названием и стрелкой возле соответствующей границы кадра. В правом верхнем углу кадра расположены: время, имя пациента и название оперируемой полости.

Рисунок 2. Интерфейс визуализации

Автоматизация перемещения манипулятора камеры

В процессе тестирования системы был предложен дополнительный прецедент использования, заключающийся в автоматическом перемещении основной камеры на указанный орган. Данный функционал был реализован, и в данный момент проводится подготовка к испытаниям. В процессе работы система, используя данные алгоритма распознавания и координаты манипулятора камеры, сохраняет в оперативную память список доступных внутренних органов. В дальнейшем хирург может выбрать орган из списка и дать команду передвижения камеры. Если в процессе автоматического перемещения возникнет нештатная ситуация, хирург может взять управление в свои руки, автоматическое перемещение будет отменено.

Вывод

Система была протестирована на видеозаписях реальных роботехирургических операций. Врачами было отмечено ускорение процесса ориентации в пространстве, повышение наглядности изображения за счет наличия информации о расположении органов. Результаты испытаний были признаны положительными, в дальнейшем планируется произвести расширенное тестирование системы.

Список литературы

1. Колонтарев К.Б., Пушкарь Д.Ю., Говоров А.В., Шептунов С.А. История развития роботических технологий в медицине.
2. Стюарт Р. Болл. Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров. – М.: Додэка XXI, 2007.
3. Глазунов В.А., Духов А.В., Шептунов С.А. и др. Манипуляционные механизмы параллельной структуры и некоторые их применения в медицине // Качество. Инновации. Образование. - № 2. – М., 2016. – С. 84-88.

References

1. Kolontarev K. B., Pushkar D. Yu., Govorov A.V., Sheptunov S.A. The history of the development of robotic technology in medicine.
2. Stuart R. Ball. Analogue microcontroller interfaces. - M.: Dodek XXI, 2007.
3. Glazunov V.A., Dukhov A.V., Sheptunov S.A. et al. Manipulation mechanisms of a parallel structure and some of their applications in medicine // Quality. Innovation. Education. - № 2. - M., 2016. - p. 84-88.
3. Глазунов В.А., Духов А.В., Шептунов С.А. и др. Манипуляционные механизмы параллельной структуры и некоторые их применения в медицине // Качество. Инновации. Образование. - № 2. – М., 2016. – С. 84-88.